

单一来源采购专业人员签到表

序号	专家姓名	工作单位	职称	联系电话	身份证号码
1	华振宇	郑大二附院	副高	1583719008	410103196710233772
2	梁	河南省医学科学院	高	1353719821	610103196610011635
3	李	河南省儿童医院	主任医师	13938235657	41010519700915001X

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 华妮宇	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 郑大二附院	
项目信息	项目名称: 郑州市骨科医院 64 排 CT 球管更换项目	
	供应商名称: 郑州武康医疗医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	球管作为CT的配件,因安装、接线、参数设置等方面的原因,同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	华妮宇	日期 2023 年 6 月 13 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 梁如
	职称: 高
	工作单位: 河南省医疗器械检测中心
项目信息	项目名称: 郑州市骨科医院 64 排 CT 球管更换项目
	供应商名称: 郑州武康医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>目前, 根据《医疗器械使用质量管理规范》有关要求, 必须使用(主要配件)原厂合格配件. 64排CT属于大型精密设备, 球管是其最主要配件, 必须从原厂指定供应商郑州武康医疗设备有限公司采购. 同意该项目按照单一来源方式采购.</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>梁如</div> <div>日期 2023年 6月13日</div> </div>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 袁以宁
	职称: 主任医师
	工作单位: 河南省老年医院
项目信息	项目名称: 郑州市骨科医院 64 排 CT 球管更换项目
	供应商名称: 郑州武康医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>用户更换的球管为 GE 公司独家生产, 其他生产厂家的球管无法与主机匹配, 必须更换原装 GE 同型号球管。郑州武康医疗公司是 GE Open CT 660 在郑州市骨科医院的唯一售后服务公司。根据相关招标文件规定, 同意采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>袁以宁</p>
	日期 2013 年 6 月 13 日